UMIDIFICAÇÃO DAS VIAS AÉREAS TRAQUEOSTOMIA

O ar inspirado precisa ser umidificado e aquecido. Para isso temos 2 tipos:

- Macronebulizadores (que não aquecem)
- Filtros / HMEF (aquecem e umidificam). Nesse caso para traqueostomia temos o Trach Vent (TV). Com ele a umidificação e aquecimento das VAS fica mais garantido por ser de forma passiva (mesma forma que o filtro de pacientes intubados). Conheça sua utilização correta:

1



1. Abra a embalagem

2. Pegue o TV

2

3



3. Conecte com cuidado o TrachVent

4. Caso seja necessário conecte o oxigênio na saída lateral própria

4

5

5. Durante banho RETIRE o trach vent e conecte mascara de traqueostomia

6. Se o paciente estiver em uso de O2, conecte também o inalador sem SF

6

ATENÇÃO

- **Nunca molhe o Trach Vent!**
- **A troca deve ser feita sempre na presença de obstrução ou umidificação excessiva**
- **Cuidado! Ele pode obstruir a ventilação do paciente!**